



ANÁLISE TÉCNICA – COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 02/2022

Ref.. **COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 02/2022**

Convênio nº 908837/2020

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha – Hospital São José

CNPJ: 85.197.077/0001-56

Item 1 – APARELHO DE ANESTESIA					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	Medicalway Equipamentos médicos LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 160.000,00	R\$ 320.000,00	Em desacordo
2º	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares S.A	04.078.043/0002-21	R\$ 185.900,00	R\$ 371.800,00	Em acordo

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: Aparelho de Anestesia Wato EX-30 + Monitor Multiparamétrico EPM 12M MODULAR

Análise Técnica: Em desacordo. Equipamento Aparelho de Anestesia apresenta linhas de conexões externa ao equipamento.

Empresa: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SA

Marca: GE HEALTHCARE

Modelo: Aparelho de Anestesia 9100C NEXT + Monitor Multiparamétrico B155

Análise Técnica: Em acordo com edital com ressalvas. Licitante não indica acessórios listados um a um, porém em seu item 2 da proposta consta a seguinte frase, “ACESSÓRIOS SERÃO ENTREGUES CONFORME EDITAL”, desta maneira atende na íntegra.

Item 2 – ELETROCARDIÓGRAFO

Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	R\$ 8.340,00	R\$ 25.020,00	Em Desacordo
2º	W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	05.968.162/0001-31	R\$ 9.998,00	R\$ 29.994,00	Em Acordo

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Marca: EDAN

Modelo: SE-601C

Análise Técnica: Em desacordo com edital. Equipamento apresenta tela de 5,7 polegadas. Equipamento possui capacidade de armazenamento conforme indicação em manual de apenas 200 arquivos.

Empresa: W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: ECG-2250

Análise Técnica: Em acordo.

Item 3 – MONITOR MULTIPARAMETROS					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	R\$ 16.900,00	R\$ 84.500,00	Em Desacordo
2º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 25.407,00	R\$ 127.035,00	Em Desacordo
3º	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0021-11	R\$ 29.314,81	R\$ 146.574,05	Em Desacordo
4º	W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	05.968.162/0001-31	R\$ 31.998,00	R\$ 159.990,00	Em Acordo

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Marca: Alfa Med

Modelo: VITA i 120

Análise Técnica: Em desacordo com edital. Equipamento não atende precisão de leitura de SPO2 para pacientes neonatais, pois edital solicita especificações mínimas para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos com as mesmas características de precisão. Licitante ofertou tecnologia Sidestream de capnografia.

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: EPM 10

Análise Técnica: Em desacordo com edital. Equipamento não atende precisão de leitura de SPO2 para pacientes neonatais, pois edital solicita especificações mínimas para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos com as mesmas características de precisão. Licitante ofertou tecnologia Sidestream de capnografia.

Empresa: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Marca: PHILIPS

Modelo: EFFICIA CM100

Análise Técnica: Em desacordo com o edital. Equipamento não atende item 7.2 da descrição do objeto conforme informação em manual, pois edital solicita especificações mínimas para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos com as mesmas características de precisão. Equipamento apresenta inicialização de capnografia mainstream de até 2 minutos, edital solicita de no máximo 30 segundos.

Empresa: W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: PVM 2703

Análise Técnica: Em acordo.

Item 4 – FOCO CIRÚRGICO DE TETO					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.836.248.0001-12	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	Em Acordo
2º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	Em Acordo

Empresa: BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Marca: BARRFAB

Modelo: BFH2 BFH2

Análise Técnica: Em acordo.

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: HYLED 600

Análise Técnica: Em acordo.

Item 5 – VIDEOLARINGOSCÓPIO					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	Em Acordo

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: INSIGHTERS

Modelo: IS3-L

ANALISE TÉCNICA: Em acordo.

Item 6 – CENTRAL PARA MONITORAÇÃO PARA UTI					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	R\$ 178.110,00	R\$ 178.110,00	Em Desacordo
2º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 230.234,00	R\$ 230.234,00	Em Desacordo
3º	W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	05.968.162/0001-31	R\$ 230.320,00	R\$ 230.320,00	Em Acordo
4º	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0021-11	R\$ 320.147,02	R\$ 320.147,02	Em Desacordo

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Marca: Alfa Med

Modelo: CENTRAL VITA + MONITOR VITA i 120

ANALISE TÉCNICA: Em desacordo com edital. Equipamento não atende precisão de leitura de SPO2 para pacientes neonatais, pois edital solicita especificações mínimas para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos com as mesmas características de precisão. Licitante ofertou tecnologia Sidestream de capnografia.

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: CENTRAL BENEVISION + MONITOR EPM 10

ANALISE TÉCNICA: Em desacordo com edital. Equipamento não atende precisão de leitura de SPO2 para pacientes neonatais, pois edital solicita especificações mínimas para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos com as mesmas características de precisão. Licitante ofertou tecnologia Sidestream de capnografia.

Empresa: W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: PVM 2703

Análise Técnica: Em acordo.

Empresa: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Marca: PHILIPS

Modelo: CENTRAL CMS 200 + MONITOR EFFICIA CM100

Análise Técnica: Em desacordo com o edital. Acima do valor estimado do processo.

Item 7 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 129.997,00	R\$ 129.997,00	Em Acordo

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: DC 40

Análise Técnica: Em acordo.

Item 9 – BISTURI ELÉTRICO					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.836.248.0001-12	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00	Em Acordo

Empresa: BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Marca: BARRFAB

Modelo: LC3

Análise Técnica: Em acordo.

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Item 10 – CARDIOVERSOR					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	Em acordo
2º	W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	05.968.162/0001-31	R\$ 27.520,00	R\$ 55.040,00	Em Acordo

Marca: MINDRAY

Modelo: UMED20

Análise Técnica: Em acordo.

Empresa: W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: TEC-5621

Análise Técnica: Em acordo.

Item 11 – MESA CIRÚRGICA					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise
1º	BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.836.248.0001-12	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Em Acordo

Empresa: BARRFARB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Marca: BARRFAB

Modelo: BF683 TDP 300MM

Análise Técnica: Em acordo.

Item 12 – VENTILADOR PULMONAR					
Classificação por Preço	Empresa	CNPJ	Valor Ofertado Unitário	Valor Ofertado Global do Item	Análise

1º	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	R\$ 60.041,00	R\$ 300.205,00	Em desacordo
2º	PROMEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	37.109.098/0001-20	R\$ 60.141,00	R\$ 300.705,00	Em Acordo

Empresa: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Modelo: SV300

Análise Técnica: Em desacordo. Equipamento apresenta sensibilidade inspiratória a partir de -0,5cmH2O, edital solicita a partir de -0,1cmH2O. Edital solicita Alimentação pneumática com pressão de entrada de Ar e Oxigênio na faixa mínima de 250 a 600 kPa, equipamento apresenta a partir de 280kPa.

Empresa: PROMEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Marca: INTERMED

Modelo: IX5

Análise Técnica: Em acordo.